CÔNG TY CP BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH ĐỊNH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 122A/CV-CTCPBVĐKBĐ	*Bình Định, ngày 26 tháng 04 năm 2025*

THÔNG BÁO
(Về việc yêu cầu báo giá)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp cho gói thầu: Thuê hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng tổng quát với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định, địa chỉ: 39A Phạm Ngọc Thạch, P. Trần Phú, Quy Nhơn, Bình Định.
2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp (hoặc qua bưu điện) tại địa chỉ: Phòng Kỹ thuật-Vật tư thiết bị y tế - 39A Phạm Ngọc Thạch, P. Trần Phú, Quy Nhơn, Bình Định.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 28 tháng 04 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 12 tháng 05 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

3. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 12 tháng 05 năm 2025.

II. Các nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hoá:

STT	Danh mục	Số lượng	Đơn vị tính
1	Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng tổng quát.	01	Hệ thống

2. Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và thông tin liên quan về kỹ thuật: Đính kèm theo Thông báo này.
3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định, 39A Phạm Ngọc Thạch, P. Trần Phú,TP Quy Nhơn, Bình Định.
- Yêu cầu khác: Báo giá bao gồm tất cả các chi phí khác có liên quan đến việc cung ứng, vận chuyển, bảo hành bảo trì, thuế và các chi phí khác để bàn giao hàng hoá đến tận Bệnh viện Bình Định.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày.

5. Thời hạn ký kết hợp đồng: 12 tháng.
6. Thời hạn thanh toán (công nợ): 90 ngày kể từ ngày nhận được các chứng từ thanh toán hợp lệ.

Rất mong nhận được báo giá của các hãng sản xuất, nhà cung cấp.

Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Tứ

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lãnh đạo Bệnh viện:
-Trang TTĐT Bệnh viện;
-Lưu: VT, TCKT, KTVTTBYT.

YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN VỀ KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG TỔNG QUÁT

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng tổng quát	**Hộp xử lý hình ảnh:** - Có mô đun bắt hình - Độ phân giải 1920 x 1080 pixels - Có cổng kết nối điều khiển - Ngỏ ra tín hiệu: DVI-D (độ phẩn giải 1080p), HD-SDI, RGB, S-Video - Tích hợp cổng USB **Đầu Camera:** - Cảm biến hình ảnh 3 chíp CCD - Độ phân giải: 1920 x 1080 - Tích hợp thấu kính zoom - Chiều dài dây tín hiệu 300 cm **Nguồn sáng:** - Cường độ phát sáng có thể điều chỉnh bằng tay liên tục - Nguồn sáng xenon nova 300. - Nhiệt độ màu 6000°K, tương đương ánh sáng ban ngày **Màn hình y tế từ 24" FSN** Kích thuớc hiển thị: từ 24inch TFT LCD (LED) - Độ phân giải: 1920 x 1200 pixel - Tỉ lệ khung: 16:10 - Kích cỡ hiển thị: 518.4 X 324 mm - Tín hiệu ngõ vào:1 x DVI-D, 1 x SDI (SD/HD/3G), optional, 1 x VGA, 1 x C-Video, 1 x S-Video - Tín hiệu ngõ ra: 1 x SDI (SD/HD/3G), optional - Nút nhấn điều khiển: Power, Menu, PIP, Up, Down, Plus, Minus, Input - Độ sáng trung bình: 300 cd/ m - Thời gian đáp ứng: 14 ms - Góc nhìn (CR>10): phải /trái 178°, trên/dưới 178° - Độ tương phản: 1000:1 Typical	01	Hệ thống

		- Khoảng cách điểm ảnh: 0.270 x 0.270 **Máy cắt đốt điện cao tần** Sử dụng với nhiều chuyên khoa - Thế hệ mới tiên tiến với màn hình cảm ứng tiện lợi, dễ khử trùng. - Chế độ Bi-Vascular-Safe dùng cho đốt cầm máu lưỡng cực và co mạch máu dùng cho mạch máu lớn - Trang bị 2 ngõ ra đơn cực hoặc lưỡng cực tùy vào thiết bị - Ngõ ra Defibrillator-safe CF - 2 bàn đạp chân lập trình được có thể kết nối đồng thời - Tự động kích hoạt năng lượng cao tần thông qua công tắc tay hoặc bàn đạp chân tùy thuộc vào chế độ sử dụng - Tự kiểm tra cho sự an toàn tối đa của bệnh nhân và người sử dụng - Có sẵn 28 chương trình cài đặt sẵn cho các chuyên khoa khác nhau giúp cho thiết bị vận hành dễ dàng. Có sẵn 100 bộ nhớ chương trình dùng để cài đặt chương trình riêng biệt - Công suất tối đa 370W		