

YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định (Bệnh viện Bình Định) có nhu cầu mua sắm phụ tùng sửa chữa hệ thống máy **chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla**, Bệnh viện Bình Định trân trọng thông báo đến các công ty cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và có khả năng cung ứng gửi chào giá với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định, địa chỉ: 39A Phạm Ngọc Thạch, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận tại địa chỉ trực tiếp (hoặc qua bưu điện): Phòng Trang thiết bị y tế - 39A Phạm Ngọc Thạch, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai.
 - Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 11 tháng 08 năm 2025 đến trước 17h ngày 20 tháng 08 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 20 tháng 08 năm 2025.

II. Các nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hoá:

Stt	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Đầu làm lạnh.	Công suất lạnh tầng 1: 53W tại nhiệt độ 43K hoặc ít hơn Công suất lạnh tầng 2: 1.25W tại nhiệt độ 4.2K hoặc ít hơn Tần số nguồn cấp: 50Hz Chiều dài dây dẫn khí: 20m Kích thước (Cao x Sâu x Rộng): khoảng 572 x 330 x 200 (mm) Trọng lượng: khoảng 22.5 kg Đảm bảo tương thích với máy Mri 1.5 Tesla Model: Magnetom Essenza Hãng/Nước sản xuất: Siemens/Đức của Bệnh viện đang sử dụng.	01	Cái
2	Helium lỏng	- ≥ 250 lít khí Helium - Độ tinh khiết: ≥ 99.999% - Đảm bảo tương thích với máy Mri 1.5 Tesla Model: Magnetom Essenza Hãng/Nước sản xuất: Siemens/Đức của Bệnh viện đang sử dụng.	01	Gói



3	Khí Helium	- ≥ 02 bình khí Helium - Độ tinh khiết: ≥ 99.999% - Đuổi đá tồn đọng hộp chứa dầu lạnh - Đảm bảo tương thích với máy Mri 1.5 Tesla Model: Magnetom Essenza Hãng/Nước sản xuất: Siemens/Đức của Bệnh viện đang sử dụng.	02	Bình
4	Cáp chuyển tiếp tín hiệu	- Dùng để kết nối coldhead mới và cáp tín hiệu đo nhiệt độ hiện tại của máy. - Đảm bảo tương thích với máy Mri 1.5 Tesla Model: Magnetom Essenza Hãng/Nước sản xuất: Siemens/Đức của Bệnh viện đang sử dụng.	01	Cái
5	Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho 01 lần đổ Helium lỏng		01	Lần
6	Dịch vụ kỹ thuật phá đá/thôi băng (de-ice) tồn đọng trong khối từ		01	Gói

2. Địa điểm cung cấp, sửa chữa; các yêu cầu về vận chuyển:

- Địa điểm cung cấp, sửa chữa: Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định, 39A Phạm Ngọc Thạch, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai.
- Yêu cầu khác: Báo giá bao gồm tất cả các chi phí khác có liên quan đến việc vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, cân chỉnh, thuế và các chi phí khác để bàn giao hàng hoá đến tận Bệnh viện Bình Định.

3. Hồ sơ gửi kèm theo báo giá gồm các tài liệu sau:

- Thư chào giá, bảng chào giá của nhà thầu (có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp). Báo giá bao gồm tất cả các chi phí khác có liên quan đến việc vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, cân chỉnh, thuế và các chi phí khác để bàn giao hàng hoá đến tận Bệnh viện Bình Định.
- Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu (nếu có).
- Nhà thầu phải Có giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối hợp pháp của nhà sản xuất hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.
- Nhân sự thực hiện có bằng cấp, chứng chỉ đào tạo của hãng.

Rất mong nhận được báo giá của các hãng sản xuất, nhà cung cấp,

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Lãnh đạo Bệnh viện;
- Trang TTĐT Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCKT, TBYT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Tứ