

THÔNG BÁO MỜI THẦU/CHÀO HÀNG

Kính gửi: Các đơn vị nhà cung cấp tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định đang có nhu cầu **thuê/đặt 01 máy Laser phẫu thuật điều trị** phục vụ tại Bệnh viện. Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào giá với các thông tin sau:

Tên gói thầu: CHÀO GIÁ THUÊ/ĐẶT MÁY LASER PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ

1. Thông số kỹ thuật: yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật đính kèm
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào giá cạnh tranh kín
3. Hình thức Hợp đồng: hợp đồng thuê/đặt máy
4. Thời gian nhận chào giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Thông báo
5. Hiệu lực của chào giá: 90 ngày
6. Yêu cầu hồ sơ chào giá:

6.1. Hồ sơ chào giá có niêm phong, đóng dấu ký tên của người có thẩm quyền.

6.2. Số lượng Hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (bản gốc)

6.3. Nội dung Hồ sơ chào giá bao gồm:

- Thư chào giá cạnh tranh
- Bảng chào giá cho thuê/ đặt máy
- Bảng báo giá vật tư tiêu hao dùng cho máy
- Thời gian thuê/đặt máy: 12 tháng
- Hồ sơ năng lực:
 - + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao)
 - + kê khai năng lực nhà cung cấp trong lĩnh vực kinh doanh chính (nếu có)
- Hồ sơ kinh nghiệm
 - Kê khai các hợp đồng đã và đang thực hiện với các Bệnh Viện. (nếu có)
- Hồ sơ nguồn gốc, thông tin vật tư, thiết bị
- Thư giảm giá hoặc các tài liệu khác nếu có
- Bảng đáp ứng theo yêu cầu tính năng kỹ thuật đính kèm.

6.4. Nội dung khác:

- Điều kiện thanh toán Chủ Đầu Tư mong muốn

Thanh toán 100% trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao nghiệm thu và xuất hóa đơn tài chính

(Hoặc điều kiện thanh toán khác theo thỏa thuận)

6.5. Bảo hành, bảo trì:

- Bảo hành, bảo trì: trong suốt thời gian thuê/đặt.

6.6. Đơn vị chào giá cam kết:

- Chỉ tham gia với tư cách 01 nhà cung cấp chính;
- Tại thời điểm chào giá, không thuộc trường hợp giải thể hoặc không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định pháp luật.
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành trong phạm vi hoạt động của đơn vị chào giá.

Hồ sơ có thể gửi trực tiếp, bằng fax hoặc qua bưu điện qua địa chỉ sau:

Phòng Mua Hàng - CTCP Bệnh viện Đa khoa Bình Định

Địa chỉ: Số 39A Phạm Ngọc Thạch, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0256 247 8888, di động: 0899 904 432– Mr. Cường

Email: Muahang@benhvienbinhdinh.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý công ty./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng Mua hàng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN AN SƠN

Gia Lai, ngày 26 tháng 11 năm 2025

YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT MÁY LASER TRỊ LIỆU

I	YÊU CẦU CHUNG
1	Thiết bị đáp ứng chất lượng kỹ thuật tiêu chuẩn ISO 13485,....
2	Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, giấy phép lưu hành, giấy tờ hải quan, phân loại thiết bị...
3	Đối với máy đặt/thuê: nhà cung cấp phải đảm bảo việc bảo trì, bảo dưỡng đúng định kỳ và cung cấp đủ linh kiện, phụ kiện trong suốt thời gian đặt/thuê máy.
4	Thiết bị hoạt động được trong môi trường có nhiệt độ từ 18°C - 27°C, độ ẩm tới 70%.
5	Thiết bị sử dụng nguồn điện: 220VAC ±10%, 50/60Hz.
6	Được phân phối và sử dụng rộng rãi trong và ngoài nước.
7	Thiết bị cung cấp cần có dây nguồn có nối đất dạng 3 chân phù hợp với tiêu chuẩn ổ cắm điện tại Việt Nam
8	Thiết bị phải đảm bảo không có bất kỳ thông báo cảnh báo và thu hồi nào bởi các tổ chức quốc tế trên phạm vi toàn thế giới.
9	Nhà cung cấp phải cung cấp đầy đủ thông tin và đào tạo cho kỹ sư tại bệnh viện biết cách khắc phục sự cố, thực hiện bảo trì và cân chỉnh trong quá trình lắp đặt.
10	Nhà cung cấp phải cung cấp checklist cho việc bảo trì thiết bị cho kỹ sư tại bệnh viện trong quá trình lắp đặt thiết bị.
11	Thiết bị đảm bảo an toàn điện theo tiêu chuẩn IEC 60601-1, IEC 60825-1
II	YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
1	Loại laser: Laser diode
2	Bước sóng: 1470 nm, phù hợp cho chỉ định điều trị trĩ theo cơ chế đông mạch và co búi trĩ. Chấp nhận các giải pháp bước sóng tương đương nếu chứng minh được hiệu quả lâm sàng trong điều trị trĩ.
3	Công suất tối đa: ≥ 15W
4	Có tối thiểu 2 chế độ phát: chế độ liên tục và chế độ xung
5	Có thể điều chỉnh năng lượng, tần số và thời gian xung trên màn hình
6	Màn hình hiển thị lớn, có thể hiển thị đầy đủ các thông số: bước sóng, công suất, thời gian, chế độ hoạt động...
7	Có khóa laser, interlock, cảnh báo quá nhiệt, chế độ standby, dừng khẩn cấp
8	Có hệ thống làm mát, thiết bị có thể hoạt động ổn định liên tục ≥ 8 giờ/ngày
9	Có báo động cảnh báo: lỗi, quá nhiệt, nguồn không ổn định....
10	Có chương trình sẵn cho phẫu thuật trĩ hoặc cho phép tùy chỉnh thông số riêng đối với từng chương trình
III	YÊU CẦU KHÁC
2	Nhà cung cấp phải cung cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành của nhà máy/hãng sản xuất
3	Cam kết hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ
4	Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì sửa chữa bằng tiếng Anh/Việt
5	Bản ép plastic quy trình vận hành máy.
7	Thời gian đáp ứng để xử lý sự cố: trong vòng 24h kể từ lúc nhận thông tin từ khách hàng
8	Đội ngũ nhân viên thực hiện bảo hành, bảo trì với số lượng, chất lượng và trình độ và kinh nghiệm đáp ứng trong mọi tình huống

Yêu cầu nghiệm thu			
1	Nghiệm thu trên số ca thực tế	Số ca	 Ca
2	Nghiệm thu theo thời gian từ khi bàn giao thiết bị	Thời gian nghiệm thu	30 ngày
3	Nghiệm thu theo quy định khác		