

THÔNG BÁO MỜI THẦU/CHÀO HÀNG

Kính gửi: Các đơn vị nhà cung cấp tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định đang có nhu cầu **Mua Sắm MÁY TÁCH CHIẾT TẾ BÀO TỰ ĐỘNG** phục vụ tại Bệnh viện. Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào giá với các thông tin sau:

Tên gói thầu: MUA SẮM MÁY TÁCH CHIẾT TẾ BÀO TỰ ĐỘNG

1. Thông số kỹ thuật: yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật đính kèm.....
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào giá cạnh tranh kín.....
3. Hình thức: Hợp đồng: hợp đồng mua bán.....
4. Thời gian nhận chào giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Thông báo
5. Hiệu lực của chào giá: 90 ngày
6. Yêu cầu hồ sơ chào giá:

6.1. Hồ sơ chào giá có niêm phong, đóng dấu ký tên của người có thẩm quyền.

6.2. Số lượng Hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (bản gốc)


6.3. Nội dung Hồ sơ chào giá bao gồm:

- Thư chào giá cạnh tranh
- Bảng chào giá
- Bảng báo giá vật tư tiêu hao, linh kiện, phụ kiện sửa chữa dùng cho máy (nếu có)
- Hồ sơ năng lực:
 - + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao)
 - + Khai năng lực nhà cung cấp trong lĩnh vực kinh doanh chính (nếu có)
- Hồ sơ kinh nghiệm
 - Khai các hợp đồng đã và đang thực hiện với các Bệnh Viện. (nếu có)
- Hồ sơ nguồn gốc, thông tin vật tư, thiết bị
- Thư giảm giá hoặc các tài liệu khác nếu có
- Bảng đáp ứng theo yêu cầu tính năng kỹ thuật đính kèm.

6.4. Nội dung khác:

- Điều kiện thanh toán Chủ Đầu Tư mong muốn
 - Thanh toán 100% trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao nghiệm thu và xuất hóa đơn tài chính

(Hoặc điều kiện thanh toán khác theo thỏa thuận)



6.5. Bảo hành:

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng.

6.6. Đơn vị chào giá cam kết:

- Chỉ tham gia với tư cách 01 nhà cung cấp chính;
- Tại thời điểm chào giá, không thuộc trường hợp giải thể hoặc không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định pháp luật.
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành trong phạm vi hoạt động của đơn vị chào giá.

Hồ sơ có thể gửi trực tiếp, bằng fax hoặc qua bưu điện qua địa chỉ sau:

Phòng Mua Hàng - CTCP Bệnh viện Đa khoa Bình Định

Địa chỉ: Số 39A Phạm Ngọc Thạch, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0256 247 8888, di động: 0935.557977 – Phòng Mua hàng

Email: Muahang@benhvienbinhdinh.com.vn


Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý công ty./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng Mua hàng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




NGUYỄN AN SƠN

Gia Lai, ngày 24 tháng 12 năm 2025

YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT MÁY LY TÂM TÁCH CHIẾT TẾ BÀO

I	YÊU CẦU CHUNG	
1	Thiết bị đáp ứng chất lượng kỹ thuật tiêu chuẩn ISO 13485,....	
2	Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, giấy phép lưu hành, tờ khai hải quan, phân loại thiết bị...	
3	Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2024 trở về sau (ưu tiên 2025) chưa qua sử dụng	
4	Thiết bị hoạt động được trong môi trường có nhiệt độ từ 18°C - 27°C, độ ẩm tới 70%.	
5	Thiết bị sử dụng nguồn điện: 220VAC $\pm$ 10%, 50/60Hz.	
6	Được phân phối và sử dụng rộng rãi trong và ngoài nước.	
7	Thiết bị cung cấp cần có dây nguồn có nối đất dạng 3 chân phù hợp với tiêu chuẩn ổ cắm điện tại Việt Nam	
8	Thiết bị phải đảm bảo không có bất kỳ thông báo cảnh báo và thu hồi nào bởi các tổ chức quốc tế trên phạm vi toàn thế giới.	
9	Nhà cung cấp phải cung cấp đầy đủ thông tin và đào tạo cho kỹ sư tại bệnh viện biết cách khắc phục sự cố, thực hiện bảo trì và cân chỉnh trong quá trình lắp đặt.	
10	Nhà cung cấp phải cung cấp checklist cho việc bảo trì thiết bị cho kỹ sư tại bệnh viện trong quá trình lắp đặt thiết bị.	
II	YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	
1	Rotor	
	Số vị trí ly tâm: Tối thiểu 6 vị trí	
	Dung tích buồng mẫu: Phù hợp với buồng tách tế bào tiêu chuẩn	
	Rotor chuyên dụng cho tách tế bào, dễ tháo lắp, cân bằng tốt	
	Có khả năng sử dụng các loại buồng tách và lam kính tiêu chuẩn	
2	Tốc độ và lực ly tâm	
	Dải tốc độ: Từ 500 đến 3.000 vòng/phút (rpm) hoặc tương đương	
	Lực ly tâm tối đa: Tối thiểu $\geq$ 800 g	
	Điều chỉnh tốc độ: Điều chỉnh liên tục hoặc theo cấp	
	Độ ổn định tốc độ cao, phù hợp xử lý tế bào học	
3	Thời gian và điều khiển	
	Dải thời gian cài đặt: Tối thiểu từ 1 đến 99 phút	
	Bảng điều khiển: Dạng nút bấm hoặc màn hình hiển thị	
	Hiển thị: Tốc độ, thời gian vận hành	



	Có chức năng lưu hoặc lặp lại chương trình cài đặt
4	An toàn và vận hành
	Có khóa an toàn nắp máy
	Máy chỉ hoạt động khi nắp được đóng kín
	Có cơ chế dừng khẩn cấp hoặc tự động dừng khi mất cân bằng
	Vận hành êm, độ rung và tiếng ồn thấp
5	Buồng và phụ kiện tách tế bào
	Cung cấp kèm: Buồng tách tế bào tiêu chuẩn, Giá giữ lam kính, Phụ kiện phù hợp sử dụng cho tế bào học
	Vật liệu: Phù hợp sử dụng trong phòng xét nghiệm y tế, dễ vệ sinh, khử khuẩn
III	YÊU CẦU KHÁC
1	Bảo hành toàn hệ thống: tối thiểu 02 năm, tính từ ngày nghiệm thu thiết bị
2	Cam kết hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ
3	Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì sửa chữa bằng tiếng Anh/Việt
4	Bản ép plastic quy trình vận hành máy.
5	Cam kết cung cấp phụ tùng/phụ kiện trong vòng 10 năm
6	Thời gian đáp ứng để xử lý sự cố: trong vòng 24h kể từ lúc nhận thông tin từ khách hàng
7	Đội ngũ nhân viên thực hiện bảo hành, bảo trì với số lượng, chất lượng và trình độ và kinh nghiệm đáp ứng trong mọi tình huống

	Ngày	Vị trí	Chữ ký
Người soạn		Phòng TTBYT	
Khoa/Phòng		Trưởng Khoa/Phòng	
Người phê duyệt		Phó Tổng Giám Đốc	
Người phê duyệt		Tổng Giám Đốc	