

THÔNG BÁO MỜI THẦU/CHÀO HÀNG

Kính gửi: Các đơn vị nhà cung cấp tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định đang có nhu cầu **Mua sắm Bộ Nâng Tử Cung 8 Món** phục vụ tại Bệnh viện. Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào giá với các thông tin sau:

Tên gói thầu: MUA SẮM BỘ NÂNG TỬ CUNG 8 MÓN

1. Thông số kỹ thuật: yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật đính kèm.....
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào giá cạnh tranh kín.....
3. Hình thức Hợp đồng: hợp đồng mua bán
4. Thời gian nhận chào giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Thông báo
5. Hiệu lực của chào giá: 90 ngày
6. Yêu cầu hồ sơ chào giá:

6.1. Hồ sơ chào giá có niêm phong, đóng dấu ký tên của người có thẩm quyền.

6.2. Số lượng Hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (bản gốc)

6.3. Nội dung Hồ sơ chào giá bao gồm:

- Thư chào giá cạnh tranh
- Bảng chào giá
- Bảng báo giá vật tư tiêu hao, linh kiện, phụ kiện sửa chữa dùng cho máy (nếu có)
- Hồ sơ năng lực:
 - + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao)
 - + kê khai năng lực nhà cung cấp trong lĩnh vực kinh doanh chính (nếu có)
- Hồ sơ kinh nghiệm
 - Kê khai các hợp đồng đã và đang thực hiện với các Bệnh Viện. (nếu có)
- Hồ sơ nguồn gốc, thông tin vật tư, thiết bị
- Thư giảm giá hoặc các tài liệu khác nếu có
- Bảng đáp ứng theo yêu cầu tính năng kỹ thuật đính kèm.

6.4. Nội dung khác:

- Điều kiện thanh toán Chủ Đầu Tư mong muốn
Thanh toán 100% trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao nghiệm thu và xuất hóa đơn tài chính

(Hoặc điều kiện thanh toán khác theo thỏa thuận)



6.5. Bảo hành:

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng.

6.6. Đơn vị chào giá cam kết:

- Chỉ tham gia với tư cách 01 nhà cung cấp chính;
- Tại thời điểm chào giá, không thuộc trường hợp giải thể hoặc không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định pháp luật.
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành trong phạm vi hoạt động của đơn vị chào giá.

Hồ sơ có thể gửi trực tiếp, bằng fax hoặc qua bưu điện qua địa chỉ sau:

Phòng Mua Hàng - CTCP Bệnh viện Đa khoa Bình Định

Địa chỉ: Số 39A Phạm Ngọc Thạch, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0256 247 8888, di động: 0935.557977 – Phòng Mua hàng

Email: Muahang@benhvienbinhdinh.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý công ty./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng Mua hàng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN AN SƠN

Gia Lai, ngày 31 tháng 01 năm 2026

**BẢNG YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NÂNG TỬ CUNG**

I YÊU CẦU CHUNG		
1	Model	Model mới
2	Năm sản xuất	2024 trở về sau
3	Tình trạng hàng hóa	Mới 100% chưa qua sử dụng
4	Tiêu chuẩn chất lượng	ISO 13485 hoặc tương đương
5	Bảo hành	≥ 12 tháng
6	Môi trường hoạt động	Nhiệt độ: Dụng cụ có thể hấp được ở nhiệt độ 134°C
II Yêu cầu kỹ thuật chi tiết		
Bộ dụng cụ nâng giữ tử cung dùng cho cắt tử cung qua nội soi ổ bụng		
1	Tay cầm	
2	Que nâng	
3	Nắp che ngoài, đường kính 40mm, dài 30mm	
4	Nắp che ngoài, đường kính 35mm, dài 30mm	
5	Nắp che ngoài, đường kính 32mm, dài 30mm	
6	Nắp đẩy hình xoắn ốc, đường kính 20mm	
7	Nắp đẩy hình xoắn ốc, đường kính 15mm	
8	Nòng trong, đường kính 6mm, dài 60mm	
9	Nòng trong, đường kính 6mm, dài 80mm	
10	Nòng trong, đường kính 6mm, dài 100mm	
11	Khóa dùng cho nắp đẩy hình xoắn ốc	
III YÊU CẦU KHÁC		
1	Các dụng cụ trên phải sử dụng được với hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng Model: Image1 S, Hãng Kart Storz sản xuất năm 2017 của Bệnh viện hiện có.	



2	Nhà cung cấp chịu trách nhiệm bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo quản và bảo hành.
3	Vật liệu sản xuất dụng cụ (Thép không gỉ; Nhựa; Sứ...) là vật liệu chuyên dùng cho y tế
4	Các dụng cụ bằng kim loại được sản xuất bằng thép không gỉ hoặc tương đương hoặc tốt hơn
5	Có thể tiệt trùng bằng hấp ẩm tại ≥ 134 độ C, áp suất ≥ 2.1 Bar

