

---o0o---
Số: ^{126A}126A/TB-CTCPBVĐKBĐ

---o0o---
Quy Nhơn, ngày 27 tháng 02 năm 2026.

THÔNG BÁO MỜI THẦU/CHÀO HÀNG

Kính gửi: Các đơn vị nhà cung cấp tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định đang có nhu cầu **Bảo trì, bảo dưỡng máy chụp cắt lớp vi tính (MSCT)** phục vụ tại Bệnh viện. Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào giá với các thông tin sau:

Tên gói thầu: BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG MÁY CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH (MSCT)

1. Yêu cầu kỹ thuật theo file đính kèm.....
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
3. Hình thức Hợp đồng: Hợp Đồng Bảo trì Bảo dưỡng
4. Thời gian nhận chào giá: Trong vòng 9 ngày kể từ ngày Thông báo
5. Hiệu lực của chào giá: 90 ngày
6. Yêu cầu hồ sơ báo giá:

6.1. Hồ sơ chào giá có niêm phong, đóng dấu ký tên của người có thẩm quyền.

6.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (bản gốc)

6.3. Nội dung hồ sơ báo giá bao gồm:

- Phạm vi đề nghị báo giá: Bệnh Viện đề nghị Quý Công Ty cung cấp báo giá: **Dịch vụ Bảo Trì, Bảo Dưỡng máy chụp cắt lớp vi tính (MSCT)** theo các Phương án phù hợp với chính sách dịch vụ của Quý Công Ty và có thể đề xuất một hoặc nhiều phương án dịch vụ khác nhau.
- **Nội Dung đề nghị thể hiện trong báo giá:**
 - + **Các phương án theo thời hạn hợp đồng:**
 - 1 năm.
 - Nhiều năm: 3 năm, 5 năm hoặc theo đề xuất.
 - Cơ chế chiết khấu theo thời hạn dài (nếu có).
 - + **Phạm vi dịch vụ:**
 - Chỉ bảo trì định kì
 - Bao gồm sửa chữa sự cố
 - Bao gồm một phần linh kiện
 - Bao gồm toàn bộ linh kiện (full service)
 - Các phương án linh hoạt khác do Quý Công ty đề xuất
 - + **Báo giá linh kiện rời:**
 - Danh mục linh kiện thường thay thế kèm tần suất thay thế
 - Đơn giá linh kiện
 - Chi phí nhân công thay thế
- Nguyên tắc cấu trúc giá:
Đề nghị Quý Công Ty:



- Tách rõ chi phí theo từng cấu phần (Dịch vụ/ linh kiện/ nhân công)
- Nêu rõ các khoản không bao gồm (exclusions)
- Nêu rõ điều kiện điều chỉnh giá (nếu có)
- Quyền lựa chọn của Bệnh Viện:
 - Bệnh viện có quyền:
 - Lựa chọn một hoặc nhiều phương án trong báo giá
 - Kết hợp các cấu phần dịch vụ giữa các phương án
 - Phân tách phạm vi hợp đồng thành nhiều hợp đồng độc lập
 - Đàm phán điều chỉnh phạm vi trước khi ký kết
- Hồ sơ năng lực:
 - + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao)
 - + Kê khai năng lực nhà cung cấp trong lĩnh vực kinh doanh chính.
 - + Hồ sơ kinh nghiệm
 - + Kê khai các hợp đồng đã và đang thực hiện với các Bệnh Viện (nếu có).
- Hồ sơ nguồn gốc, thông tin vật tư, thiết bị
- Thư giảm giá hoặc các tài liệu khác (nếu có)
- Bảng đáp ứng theo yêu cầu tính năng kỹ thuật đính kèm.

6.4. Nội dung khác:

- Điều kiện thanh toán chuẩn
- Đảm bảo thực hiện
- Thanh toán 100% trong vòng 90 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn tài chính.
(Hoặc điều kiện thanh toán khác theo thỏa thuận).

6.5. Đơn vị chào giá cam kết:

- Chỉ tham gia với tư cách 01 nhà cung cấp chính;
- Tại thời điểm chào giá, không thuộc trường hợp giải thể hoặc không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định pháp luật.
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành trong phạm vi hoạt động của đơn vị chào giá.

Hồ sơ có thể gửi trực tiếp, bằng fax hoặc qua bưu điện qua địa chỉ sau:

Phòng Mua Hàng - CTCP Bệnh viện Đa khoa Bình Định

Địa chỉ: Số 39A Phạm Ngọc Thạch, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0256 247 8888, di động: 0935 557977 - Phòng mua hàng

Email: Muahang@benhvienbinhdinh.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng Mua hàng



YÊU CẦU KỸ THUẬT

BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG MÁY CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH (MSCT)

I. Thông tin thiết bị

- Tên thiết bị: Máy chụp cắt lớp vi tính (MSCT) 128 slice
- Model: Somatom Definition AS plus (AS+)
- Hãng sản xuất: Siemens
- Nước sản xuất: Đức
- Năm sản xuất: 2017
- Tình trạng: Đang vận hành

II. Nội dung dịch vụ bảo trì

- Kiểm tra tổng thể tình trạng thiết bị
- Hiệu chỉnh, hiệu chuẩn thông số kỹ thuật, liều tia
- Kiểm tra và tối ưu chất lượng hình ảnh
- Khắc phục sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành
- Lập biên bản và báo cáo kỹ thuật sau mỗi lần bảo trì/sửa chữa

Giá chào bảo trì không bao gồm thay thế linh kiện

III. Thời gian và tần suất bảo trì

- Bảo trì định kỳ: tối thiểu 02 lần/năm
- Sửa chữa đột xuất: tối thiểu 02 lần/năm
- Thời gian hợp đồng: tối thiểu 01 năm, nhà cung cấp có thể đề xuất các thời hạn dài hơn theo chính sách ưu đãi (nếu có)

IV. Thời gian đáp ứng kỹ thuật

- Phản hồi sau khi nhận thông báo sự cố: ≤ 24 giờ
- Có mặt kỹ sư tại hiện trường:
 - Sự cố nghiêm trọng: ≤ 48 giờ
 - Sự cố thông thường: ≤ 72 giờ

V. Yêu cầu về báo cáo và nghiệm thu



Sau mỗi đợt bảo trì hoặc sửa chữa, kỹ sư phải cung cấp

- Biên bản bảo trì/sửa chữa và báo cáo kỹ thuật chi tiết, hướng khắc phục, linh kiện cần thay thế
- Biên bản kỹ thuật phải có: chữ ký của kỹ sư thực hiện và xác nhận của đại diện bệnh viện.

VI. Yêu cầu đối với nhà cung cấp

Nhà cung cấp tham gia chào giá phải đáp ứng:

- Có chức năng kinh doanh phù hợp lĩnh vực thiết bị y tế
- Có kinh nghiệm bảo trì hệ thống CT tối thiểu 03 năm
- Kỹ sư chứng chỉ đào tạo và kinh nghiệm bảo trì, sửa chữa hệ thống máy chụp cộng hưởng từ CT từ hãng Siemens
- Số lượng kỹ sư đủ đáp ứng cho công tác bảo trì, bảo dưỡng
- Có khả năng hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại hiện trường
- Quy trình bảo trì thực hiện đúng theo quy định của hãng sản xuất Siemens (Quy trình có xác nhận của hãng sản xuất hoặc đơn vị phân phối chính hãng).
- Có giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành hệ thống Máy chụp cắt lớp vi tính (MSCT) 128 slice - Model: Somatom Definition AS plus (AS+) (bản gốc hoặc bản chụp chứng thực), văn bản xác nhận hoặc văn bản của hãng Siemens xác nhận nhà thầu đủ năng lực thực hiện sửa chữa, bảo trì hệ Máy chụp cắt lớp vi tính (MSCT) 128 slice - Model: Somatom Definition AS plus (AS+) (bản gốc hoặc bản chụp chứng thực) hoặc văn bản tương đương

VII. Yêu cầu khác

- Bệnh viện có quyền giám sát, đánh giá chất lượng dịch vụ
- Mọi thay thế linh kiện (nếu có) phải báo giá riêng và được phê duyệt trước
- Các nội dung chưa quy định thực hiện theo hợp đồng và quy định hiện hành

VIII. Báo giá tham khảo linh kiện (bắt buộc kèm theo)

1. Nhà cung cấp phải đính kèm bảng báo giá tham khảo một số linh kiện, vật tư chính của hệ thống MSCT 128 slice để phục vụ công tác so sánh, dự trù của Bệnh viện.
2. Báo giá này chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết mua sắm, không làm phát sinh nghĩa vụ thanh toán.

Danh mục linh kiện tham khảo (không giới hạn):

- Bóng phát tia X
- Detector
- Bộ phát cao thế
- Bộ phận làm mát/chiller
- Linh kiện quan trọng khác theo cấu hình máy

Báo giá thể hiện rõ: tên linh kiện, xuất xứ, tình trạng, đơn giá tham khảo, thời gian cung ứng.