

THÔNG BÁO MỜI THẦU/CHÀO HÀNG

Kính gửi: Các đơn vị nhà cung cấp tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định đang có nhu cầu **Mua Sắm MÁY TỬ TRƯỜNG SIÊU DẪN** phục vụ tại Bệnh viện. Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào giá với các thông tin sau:

Tên gói thầu: MUA SẮM MÁY TỬ TRƯỜNG SIÊU DẪN

1. Thông số kỹ thuật: yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật đính kèm.....
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
3. Hình thức Hợp đồng: hợp đồng mua bán
4. Thời gian nhận chào giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Thông báo
5. Hiệu lực của chào giá: 90 ngày
6. Yêu cầu hồ sơ chào giá:

6.1. Hồ sơ chào giá có niêm phong, đóng dấu ký tên của người có thẩm quyền.

6.2. Số lượng Hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (bản gốc)


6.3. Nội dung Hồ sơ chào giá bao gồm:

- Thư chào giá cạnh tranh
- Bảng chào giá
- Bảng báo giá vật tư tiêu hao, linh kiện, phụ kiện sửa chữa dùng cho máy (nếu có)
- Hồ sơ năng lực:
 - + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao)
 - + kê khai năng lực nhà cung cấp trong lĩnh vực kinh doanh chính (nếu có)
- Hồ sơ kinh nghiệm
 - Kê khai các hợp đồng đã và đang thực hiện với các Bệnh Viện. (nếu có)
- Hồ sơ nguồn gốc, thông tin vật tư, thiết bị
- Thư giám giá hoặc các tài liệu khác nếu có
- Bảng đáp ứng theo yêu cầu tính năng kỹ thuật đính kèm.

6.4. Nội dung khác:

- Điều kiện thanh toán Chủ Đầu Tư mong muốn
 - Thanh toán 100% trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao nghiệm thu và xuất hóa đơn tài chính

(Hoặc điều kiện thanh toán khác theo thỏa thuận)



6.5. Bảo hành:

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng.

6.6. Đơn vị chào giá cam kết:

- Chỉ tham gia với tư cách 01 nhà cung cấp chính;
- Tại thời điểm chào giá, không thuộc trường hợp giải thể hoặc không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định pháp luật.
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành trong phạm vi hoạt động của đơn vị chào giá.

Hồ sơ có thể gửi trực tiếp, bằng fax hoặc qua bưu điện qua địa chỉ sau:

Phòng Mua Hàng - CTCP Bệnh viện Đa khoa Bình Định

Địa chỉ: Số 39A Phạm Ngọc Thạch, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0256 247 8888, di động: 0935.557977 – Phòng Mua hàng

Email: Muahang@benhvienbinhdinh.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý công ty./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng Mua hàng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 




NGUYỄN AN SƠN

Gia Lai, ngày 05 tháng 03 năm 2026

YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT MÁY TỪ TRƯỜNG SIÊU DẪN

I YÊU CẦU CHUNG	
1	Thiết bị đáp ứng chất lượng kỹ thuật tiêu chuẩn ISO 13485,....
2	Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, giấy phép lưu hành, giấy tờ hải quan, phân loại thiết bị...
3	Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2024 trở về sau (ưu tiên 2025)
4	Thiết bị hoạt động được trong môi trường có nhiệt độ từ 10°C - 30°C, độ ẩm tới 70%.
5	Thiết bị sử dụng nguồn điện: 220VAC ±10%, 50/60Hz.
6	Thiết bị phải đảm bảo không có bất kỳ thông báo cảnh báo và thu hồi nào bởi các tổ chức quốc tế trên phạm vi toàn thế giới.
II YÊU CẦU CẤU HÌNH	
1	Máy chính với màn hình màu cảm ứng ≥ 8 inch kèm xe đẩy
2	Phụ kiện kèm theo:
	<i>Đầu phát từ trường tập trung: 01 cái</i>
	<i>Cánh tay đỡ đầu phát linh hoạt: 01 cái</i>
	<i>Bộ dụng cụ lắp ráp cánh tay: 01 bộ</i>
	<i>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</i>
	<i>Cáp nguồn: 01 dây</i>
	<i>Cầu chì: 01 cái</i>
III YÊU CẦU TÍNH NĂNG	
1	Cánh tay đỡ đầu phát đa khớp có khóa vị trí
2	Có thể lưu, sửa, xóa dữ liệu bệnh nhân
3	Có thể lưu, sửa, xóa chương trình điều trị do người dùng thiết lập
4	Có thể xem và chạy lại những những liệu pháp điều trị gần nhất
5	Có thể cài đặt thời gian và ngày tháng cho máy
6	Có âm thanh báo hiệu bắt đầu điều trị, ngắt điều trị, kết thúc điều trị
7	Có chế độ màn hình chờ và tự động tắt sau thời gian không sử dụng
8	Giao diện điều khiển cho phép truy cập nhanh (Quick access) hoặc chọn phác đồ theo danh sách/vùng cơ thể
9	Có phác đồ cài đặt sẵn với thư viện chứa các thông tin về liệu pháp và vị trí đặt đầu phát từ trường
10	Có thể chọn phần cơ thể cần điều trị trên màn hình để sử dụng chương trình điều trị khuyến dùng tại vùng đó
11	Chức năng truy cập nhanh các liệu pháp thường được sử dụng
12	Có thể cài đặt các thông số bằng tay
13	Có khả năng thiết lập chuỗi các chương trình điều trị liên tiếp (tối thiểu 10 đoạn hoặc nhiều hơn)
14	Có thể cài đặt biên độ, tần số, thời gian cho mỗi đoạn sóng riêng biệt
15	Hỗ trợ đa dạng các kiểu điều biến xung
16	Cài đặt thông số điều chỉnh tần số



17	Có các kiểu điều chỉnh xung lặp lại
IV	YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT
1	Loại xung: hình Sin, hai pha hoặc tương đương
2	Độ rộng xung: $\geq 250 \mu\text{s}$
3	Cường độ tối đa: ≥ 2.5 Tesla
4	Có thể điều chỉnh cường độ: từ 1 tới 100%
5	Tần số xung: 1 tới 150 Hz
6	Có thể điều chỉnh cường độ
7	Có thể điều chỉnh xung lặp lại
V	YÊU CẦU KHÁC
1	Bảo hành toàn hệ thống: tối thiểu 02 năm (tối thiểu 2 lần/năm), tính từ ngày nghiệm thu thiết bị
2	Cam kết hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ
3	Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì sửa chữa bằng tiếng Anh/Việt
4	Bản ép plastic quy trình vận hành máy.
5	Cam kết cung cấp phụ tùng/phụ kiện trong vòng 10 năm
6	Thời gian đáp ứng để xử lý sự cố: trong vòng 24h kể từ lúc nhận thông tin từ khách hàng
7	Đội ngũ nhân viên thực hiện bảo hành, bảo trì với số lượng, chất lượng và trình độ và kinh nghiệm đáp ứng trong mọi tình huống