

THÔNG BÁO MỜI THẦU/CHÀO HÀNG

Kính gửi: Các đơn vị nhà cung cấp tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định đang có nhu cầu **Mua Sắm BỘ MÁY HOLTER (bao gồm đầu đọc thẻ nhớ và thẻ nhớ 256 Gb)** phục vụ tại Bệnh viện. Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào giá với các thông tin sau:

Tên gói thầu: MUA SẮM BỘ MÁY HOLTER (bao gồm đầu đọc thẻ nhớ và thẻ nhớ 256 Gb)

1. Thông số kỹ thuật: yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật đính kèm.....
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào giá cạnh tranh kín.....
3. Hình thức Hợp đồng: hợp đồng mua bán
4. Thời gian nhận chào giá: Trong vòng 9 ngày kể từ ngày Thông báo
5. Hiệu lực của chào giá: 90 ngày
6. Yêu cầu hồ sơ chào giá:

6.1. Hồ sơ chào giá có niêm phong, đóng dấu ký tên của người có thẩm quyền.

6.2. Số lượng Hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (bản gốc)

6.3. Nội dung Hồ sơ chào giá bao gồm:

- Thư chào giá cạnh tranh
- Bảng chào giá
- Bảng báo giá vật tư tiêu hao, linh kiện, phụ kiện sửa chữa dùng cho máy (nếu có)
- Hồ sơ năng lực:
 - + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao)
 - + kê khai năng lực nhà cung cấp trong lĩnh vực kinh doanh chính (nếu có)
- Hồ sơ kinh nghiệm
 - Kê khai các hợp đồng đã và đang thực hiện với các Bệnh Viện. (nếu có)
- Hồ sơ nguồn gốc, thông tin vật tư, thiết bị
- Thư giảm giá hoặc các tài liệu khác nếu có
- Bảng đáp ứng theo yêu cầu tính năng kỹ thuật đính kèm.

6.4. Nội dung khác:

- Điều kiện thanh toán Chủ Đầu Tư mong muốn



Thanh toán 100% trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao nghiệm thu và xuất hóa đơn tài chính

(Hoặc điều kiện thanh toán khác theo thỏa thuận)

6.5. Bảo hành:

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng.

6.6. Đơn vị chào giá cam kết:

- Chỉ tham gia với tư cách 01 nhà cung cấp chính;
- Tại thời điểm chào giá, không thuộc trường hợp giải thể hoặc không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định pháp luật.
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành trong phạm vi hoạt động của đơn vị chào giá.

Hồ sơ có thể gửi trực tiếp, bằng fax hoặc qua bưu điện qua địa chỉ sau:

Phòng Mua Hàng - CTCP Bệnh viện Đa khoa Bình Định

Địa chỉ: Số 39A Phạm Ngọc Thạch, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0256 247 8888, di động: 0935.557977 – Phòng Mua hàng

Email: Muahang@benhvienbinhdinh.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý công ty./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng Mua hàng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 



NGUYỄN AN SƠN

Gia Lai, ngày 15 tháng 12 năm 2025

**YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
MÁY HOLTER ĐIỆN TIM 24 GIỜ**

I	YÊU CẦU CHUNG
1	Thiết bị đáp ứng chất lượng kỹ thuật tiêu chuẩn ISO 13485,....
2	Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, giấy phép lưu hành, tờ khai hải quan, phân loại thiết bị...
3	Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2024 trở về sau (ưu tiên 2025) chưa qua sử dụng
4	Thiết bị hoạt động được trong môi trường có nhiệt độ từ 18°C - 27°C, độ ẩm tới 70%.
5	Thiết bị sử dụng nguồn điện: 220VAC $\pm$ 10%, 50/60Hz.
6	Được phân phối và sử dụng rộng rãi trong và ngoài nước.
7	Nhà cung cấp phải cung cấp đầy đủ thông tin và đào tạo cho kỹ sư tại bệnh viện biết cách khắc phục sự cố, thực hiện bảo trì và cân chỉnh trong quá trình lắp đặt.
8	Nhà cung cấp phải cung cấp checklist cho việc bảo trì thiết bị cho kỹ sư tại bệnh viện trong quá trình lắp đặt thiết bị.
II	YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
1	Máy chính kèm theo pin với trọng lượng ≤ 155 g
2	Màn hình hiển thị với kích thước ≥ 01 inch tích hợp trên máy chính, hiển thị tối thiểu các thông tin: <i>Sóng điện tim trong quá trình đo (tối thiểu 01 đạo trình)</i> <i>Số đạo trình điện tim đang thực hiện đo</i> <i>Ngày, tháng, năm theo thời gian thực</i>
3	Có khả năng quản lý thông tin bệnh nhân trên thiết bị hoặc phần mềm
4	Dây tín hiệu điện tim với 10 điện cực, cho phép ghi nhận 12 đạo trình điện tim
5	Thời gian theo dõi điện tim tối thiểu 24 giờ, có thể mở rộng thời gian đo lên đến 72 giờ
6	Bộ nhớ tích hợp hoặc thẻ nhớ rời
8	Tần số lấy mẫu tối đa ≥ 2000 Hz
9	Dải tần số phản hồi phù hợp tiêu chuẩn điện tâm đồ chẩn đoán
10	Độ phân giải biên độ $\leq 5 \mu V$
11	Tích hợp cảm biến chuyển động trong quá trình đo tín hiệu điện tim
12	Nút nhấn sự kiện tích hợp trên máy chính giúp ghi nhận sự kiện trong quá trình đo
13	Có khả năng phát hiện máy tạo nhịp gắn trên người bệnh
14	Hiển thị trên màn hình cảnh báo trong trường hợp điện cực bị mất kết nối
15	Đạt tiêu chuẩn chống nước tối thiểu IPX2
16	Truyền dữ liệu đo đến phần mềm ghi nhận dữ liệu cài đặt trên máy tính



17	Cấu hình cung cấp bao gồm: 01 Phần mềm phân tích dữ liệu và tối thiểu 02 đầu ghi (recorders) kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm
III PHỤ KIỆN	
1	Cáp điện cực 10 cực để ghi 12 đạo trình: 02 bộ
2	Bộ máy vi tính (cấu hình tương thích và đáp ứng vận hành phần mềm phân tích chuyên dụng của hãng sản xuất): 01 bộ
3	Dây/bao đeo: 02 bộ
4	Cáp kết nối dữ liệu USB hoặc đầu đọc thẻ nhớ tương thích: 02 cái
5	Điện cực ECG dán: Tối thiểu 100 miếng hoặc 50 bộ
6	Thẻ nhớ chuyên dụng (nếu có): 02 cái
7	Bộ sạc pin tương thích: 01 bộ (nếu có)
IV YÊU CẦU KHÁC	
1	Bảo hành toàn hệ thống: tối thiểu 01 năm, tính từ ngày nghiệm thu thiết bị
2	Cam kết hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ
3	Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì sửa chữa bằng tiếng Anh/Việt
4	Bản ép plastic quy trình vận hành máy.
5	Cam kết cung cấp phụ tùng/phụ kiện trong vòng 10 năm
6	Thời gian đáp ứng để xử lý sự cố: trong vòng 24h kể từ lúc nhận thông tin từ khách hàng
7	Đội ngũ nhân viên thực hiện bảo hành, bảo trì với số lượng, chất lượng và trình độ và kinh nghiệm đáp ứng trong mọi tình huống