

## THÔNG BÁO MỜI THẦU/CHÀO HÀNG

Kính gửi: Các đơn vị nhà cung cấp tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định đang có nhu cầu **Mua Sắm Đèn mổ ( Nhánh Phụ ) treo trần phẫu thuật** phục vụ tại Bệnh viện. Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào giá với các thông tin sau:

**Tên gói thầu: MUA SẮM ĐÈN MỔ ( NHÁNH PHỤ ) TREO TRẦN PHẪU THUẬT.....**

1. Thông số kỹ thuật: yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật đính kèm.....
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào giá cạnh tranh kín.....
3. Hình thức Hợp đồng: hợp đồng mua bán.....
4. Thời gian nhận chào giá: Trong vòng 09 ngày kể từ ngày Thông báo.....
5. Hiệu lực của chào giá: 90 ngày.....
6. Yêu cầu hồ sơ chào giá:

**6.1. Hồ sơ chào giá có niêm phong, đóng dấu ký tên của người có thẩm quyền.**

**6.2. Số lượng Hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (bản gốc)**

**6.3. Nội dung Hồ sơ chào giá bao gồm:**

- Thư chào giá cạnh tranh
- Bảng chào giá
- Bảng báo giá vật tư tiêu hao, linh kiện, phụ kiện sửa chữa dùng cho máy (nếu có)
- Hồ sơ năng lực:
  - + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao)
  - + kê khai năng lực nhà cung cấp trong lĩnh vực kinh doanh chính (nếu có)
- Hồ sơ kinh nghiệm
  - Kê khai các hợp đồng đã và đang thực hiện với các Bệnh Viện. (nếu có)
- Hồ sơ nguồn gốc, thông tin vật tư, thiết bị
- Thư giám giá hoặc các tài liệu khác nếu có
- Bảng đáp ứng theo yêu cầu tính năng kỹ thuật đính kèm.

**6.4. Nội dung khác:**

- Điều kiện thanh toán Chủ Đầu Tư mong muốn

Thanh toán 100% trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao nghiệm thu và xuất hóa đơn tài chính

**(Hoặc điều kiện thanh toán khác theo thỏa thuận)**



**6.5. Bảo hành:**

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng.

**6.6. Đơn vị chào giá cam kết:**

- Chỉ tham gia với tư cách 01 nhà cung cấp chính;
- Tại thời điểm chào giá, không thuộc trường hợp giải thể hoặc không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định pháp luật.
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành trong phạm vi hoạt động của đơn vị chào giá.

Hồ sơ có thể gửi trực tiếp, bằng fax hoặc qua bưu điện qua địa chỉ sau:

**Phòng Mua Hàng - CTCP Bệnh viện Đa khoa Bình Định**

**Địa chỉ: Số 39A Phạm Ngọc Thạch, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai**

**Điện thoại: 0256 247 8888, di động: 0935.557977 – Phòng Mua hàng**

**Email: Muahang@benhvienbinhdinh.com.vn**

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý công ty./.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng Mua hàng

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC** 



**NGUYỄN AN SƠN**

Gia Lai, ngày 02 tháng 03 năm 2026

**YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT**  
**ĐÈN MỎ (NHÁNH PHỤ) TREO TRẦN PHẪU THUẬT**

|            |                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>YÊU CẦU CHUNG</b>                                                                                                           |
| 1          | Thiết bị đáp ứng chất lượng kỹ thuật tiêu chuẩn ISO 13485,....                                                                 |
| 2          | Tuân thủ tối thiểu một trong các tiêu chuẩn/quy định: FDA hoặc CE hoặc JIS                                                     |
| 3          | Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2024 trở về sau (ưu tiên 2025)                                                         |
| 4          | Thiết bị hoạt động được trong môi trường có nhiệt độ từ 18°C - 27°C, độ ẩm tới 70%.                                            |
| 5          | Thiết bị sử dụng nguồn điện: 220VAC ±10%, 50/60Hz.                                                                             |
| <b>II</b>  | <b>YÊU CẦU CẤU HÌNH</b>                                                                                                        |
| 1          | Đầu đèn nhánh phụ: 01 bộ                                                                                                       |
| 2          | Tương thích với hệ thống đèn mổ đang hiện có, model: NEXUS OL-02, hãng: Infimed, nước sản xuất: Ba Lan                         |
| <b>III</b> | <b>YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT</b>                                                                                               |
| 1          | Bóng đèn công nghệ LED                                                                                                         |
| 2          | Cường độ sáng tối đa nhánh phụ: $\geq 120.000$ Lux                                                                             |
| 3          | Tuổi thọ bóng LED: $\geq 60.000$ giờ                                                                                           |
| 4          | Chỉ số hoàn màu (CRI/Ra): $\geq 95$ (Đảm bảo độ trung thực của màu sắc mô, máu)                                                |
| 5          | Nhiệt độ màu: 3.500K - 5.000K                                                                                                  |
| 6          | Đường kính trường sáng (d10): 200mm - 350mm (có thể điều chỉnh)                                                                |
| 7          | Tiêu chuẩn chống nước, bụi của đầu đèn tối thiểu: IP 54 trở lên                                                                |
| 8          | Vỏ đầu đèn làm bằng vật liệu chịu được các chất tẩy rửa, khử khuẩn chuyên dụng trong y tế                                      |
| <b>IV</b>  | <b>YÊU CẦU KHÁC</b>                                                                                                            |
| 1          | Bảo hành: tối thiểu 01 năm, tính từ ngày nghiệm thu thiết bị                                                                   |
| 2          | Cam kết lắp đặt và hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ                                                                    |
| 3          | Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì sửa chữa bằng tiếng Anh/Việt                                     |
| 4          | Cam kết cung cấp phụ tùng/phụ kiện trong vòng 10 năm                                                                           |
| 5          | Thời gian đáp ứng để xử lý sự cố: trong vòng 12h kể từ lúc nhận thông tin từ khách hàng                                        |
| 6          | Đội ngũ nhân viên thực hiện bảo hành, bảo trì với số lượng, chất lượng và trình độ và kinh nghiệm đáp ứng trong mọi tình huống |

