

THÔNG BÁO MỜI THẦU/CHÀO HÀNG

Kính gửi: Các đơn vị nhà cung cấp tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định đang có nhu cầu **Mua máy bơm nước và ống soi thận dùng trong phẫu thuật tiết niệu** phục vụ tại Bệnh viện. Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào giá với các thông tin sau:

Tên gói thầu: HỒ SƠ MUA SẮM MÁY BƠM NƯỚC VÀ ỐNG SOI THẬN DÙNG TRONG PHẪU THUẬT TIẾT NIỆU.....

1. Thông số kỹ thuật: yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật đính kèm.....
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào giá cạnh tranh kín.....
3. Hình thức Hợp đồng: hợp đồng mua bán.....
4. Thời gian nhận chào giá: Trong vòng 09 ngày kể từ ngày Thông báo.....
5. Hiệu lực của chào giá: 90 ngày.....
6. Yêu cầu hồ sơ chào giá:

6.1. Hồ sơ chào giá có niêm phong, đóng dấu ký tên của người có thẩm quyền.

6.2. Số lượng Hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (bản gốc)

6.3. Nội dung Hồ sơ chào giá bao gồm:

- Thư chào giá cạnh tranh
- Bảng chào giá
- Hồ sơ năng lực:
 - + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao)
 - + kê khai năng lực nhà cung cấp trong lĩnh vực kinh doanh chính. (nếu có)
 - + Hồ sơ kinh nghiệm

Kê khai các hợp đồng đã và đang thực hiện với các Bệnh Viện. (nếu có)

- Hồ sơ nguồn gốc, thông tin vật tư, thiết bị
- Thư giảm giá hoặc các tài liệu khác nếu có
- Bảng đáp ứng theo yêu cầu tính năng kỹ thuật đính kèm.

6.4. Nội dung khác:

- Điều kiện thanh toán chuẩn
- Thanh toán 100% trong vòng 90 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn tài chính.

(Hoặc điều kiện thanh toán khác theo thỏa thuận)



- Phương thức lựa chọn: Căn cứ vào nhu cầu thực tế và tính chất kỹ thuật của hàng hóa, Bệnh viện sẽ lựa chọn nhà cung cấp theo trọn gói hoặc từng danh mục.
- Công ty có quyền xem xét, lựa chọn ký kết hợp đồng đối với toàn bộ hoặc một phần các nội dung/hạng mục mà nhà cung cấp chào giá.
- Nhà cung cấp khi tham gia chào giá đồng ý rằng việc Công ty lựa chọn một phần hoặc toàn bộ phạm vi cung cấp sẽ không làm thay đổi đơn giá đã chào cho từng hạng mục và không phát sinh khiếu nại, yêu cầu bồi thường hoặc điều chỉnh giá do việc thay đổi phạm vi ký kết hợp đồng.

6.5. Bảo hành:

- Bảo hành: thời gian bảo hành tuân theo qui định của nhà sản xuất, tối thiểu 12 tháng.
- Đáp ứng được linh kiện thay thế chính hãng (đối với thiết bị).

6.6. Đơn vị chào giá cam kết:

- Chỉ tham gia với tư cách 01 nhà cung cấp chính;
- Tại thời điểm chào giá, không thuộc trường hợp giải thể hoặc không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định pháp luật.
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành trong phạm vi hoạt động của đơn vị chào giá.

Hồ sơ có thể gửi trực tiếp, bằng fax hoặc qua bưu điện qua địa chỉ sau:

Phòng Mua Hàng - CTCP Bệnh viện Đa khoa Bình Định

Địa chỉ: Số 39A Phạm Ngọc Thạch, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0256 247 8888, di động: 0966271115 – Phòng mua hàng

Email: Muahang@benhvienbinhdinh.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý công ty./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng Mua hàng



TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
ỐNG SOI THẬN

(Đính kèm thông báo số: 227.../TB-CTCPBVĐKBĐ)

I. BẢNG THÔNG SỐ:

STT	Mã số	Mô tả	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
1	27830KAK	Ống soi thận qua da cỡ nhỏ, thị kính gấp góc, cỡ 12 Fr., góc soi 12°, dài 22 cm, hấp tiệt trùng được, 1 kênh làm việc 6.7 Fr. dùng cho dụng cụ tối đa 5 Fr., sử dụng với ống vỏ ngoài 27830 BA/BB/BC/BAS/BBS/BCS/BK, các phụ kiện kèm theo: Dụng cụ dẫn đường 27001 E Cổng dụng cụ 27001 GP Đầu nối khóa LUER Nắp đậy, đóng gói 10 cái Khay lưới	KARL STORZ SE & Co. KG, Đức	Cái	1

II. YÊU CẦU KHÁC:

- Bảo hành: tối thiểu 01 năm tính từ ngày nghiệm thu thiết bị
- Có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, giấy phép lưu hành, tờ khai hải quan, phân loại thiết bị...
- Hàng mới 100%, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau chưa qua sử dụng.
- Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz

YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT MÁY BƠM NƯỚC

(Đính kèm thông báo số: 227.../TB-CTCPBVĐKBĐ)

I	YÊU CẦU CHUNG
1	Thiết bị đáp ứng chất lượng kỹ thuật tiêu chuẩn ISO 13485,....
2	Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, giấy phép lưu hành, tờ khai hải quan, phân loại thiết bị...
3	Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2024 trở về sau chưa qua sử dụng
4	Thiết bị hoạt động được trong môi trường có nhiệt độ từ 10°C - 40°C, độ ẩm tới 60%
5	Thiết bị sử dụng nguồn điện: 220VAC ±10%, 50/60Hz.
6	Được phân phối và sử dụng rộng rãi trong và ngoài nước.
7	Thiết bị cung cấp cần có dây nguồn có nối đất dạng 3 chân phù hợp với tiêu chuẩn ổ cắm điện tại Việt Nam
8	Thiết bị phải đảm bảo không có bất kỳ thông báo cảnh báo và thu hồi nào bởi các tổ chức quốc tế trên phạm vi toàn thế giới.
9	Nhà cung cấp phải cung cấp checklist cho việc bảo trì thiết bị cho kỹ sư tại bệnh viện trong quá trình lắp đặt thiết bị.
II	YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
1	Cơ chế bơm: Kiểu bơm nhu động (Peristaltic pump) để đảm bảo dòng chảy ổn định và dễ vệ sinh
2	Lưu lượng bơm tối đa: ≥ 500 ml/phút
3	Áp lực bơm tối đa: ≥ 150 mmHg
4	Màn hình hiển thị: Màn hình kỹ thuật số (LED/LCD) hiển thị các thông số: Áp lực thực tế, Áp lực cài đặt và Lưu lượng.
5	Có chế độ an toàn: dừng bơm khi áp lực vượt quá mức cài đặt
6	Có hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh khi có sự cố
7	Có bàn đạp chân (Footswitch) chống nước để điều khiển bật/tắt bơm
8	Tương thích với hệ thống nội soi karl Storz
III	YÊU CẦU KHÁC
1	Bảo hành: tối thiểu 01 năm tính từ ngày nghiệm thu thiết bị
2	Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì sửa chữa bằng tiếng Anh/Việt
3	Bản ép plastic quy trình vận hành máy.
4	Cam kết cung cấp phụ tùng/phụ kiện trong vòng 5 năm
5	Thời gian đáp ứng để xử lý sự cố: trong vòng 12h kể từ lúc nhận thông tin từ khách hàng
6	Đội ngũ nhân viên thực hiện bảo hành, bảo trì với số lượng, chất lượng và trình độ và kinh nghiệm đáp ứng trong mọi tình huống

