

THÔNG BÁO MỜI THẦU/CHÀO HÀNG

Kính gửi: Các đơn vị nhà cung cấp tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định đang có nhu cầu **Mua Sắm Hệ thống phẫu thuật nội soi** phục vụ tại Bệnh viện. Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào giá với các thông tin sau:

Tên gói thầu: MUA SẮM HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI

1. Thông số kỹ thuật: yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật đính kèm.
2. Hình thức lựa chọn: Lựa chọn NCC cạnh tranh rộng rãi
3. Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng mua bán
4. Thời gian nhận chào giá: Trong vòng 09 ngày kể từ ngày Thông báo (trừ thứ 7 và chủ nhật và nghỉ lễ)
5. Hiệu lực của chào giá: 90 ngày
6. Yêu cầu hồ sơ chào giá:
 - 6.1. **Hồ sơ chào giá có niêm phong, đóng dấu ký tên của người có thẩm quyền.**
 - 6.2. **Số lượng Hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (bản gốc)**
 - 6.3. **Nội dung Hồ sơ chào giá bao gồm:**
 - Thư chào giá cạnh tranh
 - Bảng chào giá
 - Bảng báo giá vật tư tiêu hao, linh kiện, phụ kiện sửa chữa dùng cho máy (nếu có)
 - Hồ sơ năng lực:
 - + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao)
 - + Khai năng lực nhà cung cấp trong lĩnh vực kinh doanh chính
 - Hồ sơ kinh nghiệm
 - Khai các hợp đồng đã và đang thực hiện với các Bệnh Viện. (nếu có)
 - Hồ sơ nguồn gốc, thông tin vật tư, thiết bị
 - Thư giảm giá hoặc các tài liệu khác nếu có
 - Bảng đáp ứng theo yêu cầu tính năng kỹ thuật đính kèm.
 - 6.4. **Nội dung khác:**
 - Điều kiện thanh toán chuẩn:
 - + Thanh toán 100% trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao nghiệm thu và xuất hóa đơn tài chính (**Hoặc điều kiện thanh toán khác theo thỏa thuận**)
 - Công ty có quyền xem xét, lựa chọn ký kết hợp đồng đối với toàn bộ hoặc một phần các nội dung/hạng mục mà nhà cung cấp chào giá.

▪ Nhà cung cấp khi tham gia chào giá đồng ý rằng việc Công ty lựa chọn một phần hoặc toàn bộ phạm vi cung cấp sẽ không làm thay đổi đơn giá đã chào cho từng hạng mục và không phát sinh khiếu nại, yêu cầu bồi thường hoặc điều chỉnh giá do việc thay đổi phạm vi ký kết hợp đồng.

▪ Nhà cung cấp được đánh giá trên cơ sở:

+ Đáp ứng yêu cầu pháp lý và kỹ thuật tối thiểu

+ Đơn giá tham gia

+ Tiến độ giao hàng

+ Điều kiện thanh toán

+ Khả năng tương thích và phù hợp vận hành với hệ thống hiện tại của Bệnh Viện

+ Dịch vụ hậu mãi, hỗ trợ kỹ thuật.

6.5. Bảo hành:

▪ Bảo hành tối thiểu 12 tháng.

6.6. Đơn vị chào giá cam kết:

▪ Chi tham gia với tư cách 01 nhà cung cấp chính;

▪ Tại thời điểm chào giá, không thuộc trường hợp giải thể hoặc không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định pháp luật.

▪ Tuân thủ quy định pháp luật hiện hành trong phạm vi hoạt động của đơn vị chào giá.

Hồ sơ có thể gửi trực tiếp, bằng fax hoặc qua bưu điện qua địa chỉ sau:

Phòng Mua Hàng - CTCP Bệnh viện Đa khoa Bình Định

Địa chỉ: Số 39A Phạm Ngọc Thạch, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0256 247 8888, di động: 0935.557977 – Phòng Mua hàng


Email: Muahang@benhvienbinhdinh.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý công ty./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng Mua hàng



PHÒNG MUA HÀNG

NGUYỄN AN SƠN



Gia Lai, ngày 14 tháng 05 năm 2026

**YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI**

I	YÊU CẦU CHUNG
1	Thiết bị đáp ứng chất lượng kỹ thuật tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
2	Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, giấy phép lưu hành, tờ khai hải quan, phân loại thiết bị...
3	Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2023 trở về sau chưa qua sử dụng
4	Thiết bị hoạt động được trong môi trường có nhiệt độ từ 18°C - 27°C, độ ẩm tới 70%.
5	Thiết bị sử dụng nguồn điện: 220VAC ±10%, 50/60Hz.
6	Được phân phối và sử dụng rộng rãi trong và ngoài nước.
7	Thiết bị phải đảm bảo không có bất kỳ thông báo cảnh báo và thu hồi nào bởi các tổ chức quốc tế trên phạm vi toàn thế giới.
II	CẤU HÌNH CUNG CẤP
1	Bộ xử lý hình ảnh: 01 cái
2	Đầu Camera: 01 cái
3	Nguồn sáng LED công suất cao: 01 cái
4	Màn hình y tế chuyên dụng: 01 cái
5	Bộ kết nối ống soi (Coupler): 01 cái
6	Dây dẫn sáng sợi quang: 01 cái
7	Xe đẩy thiết bị chuyên dụng: 01 cái
III	YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
1	Bộ xử lý hình ảnh
	Độ phân giải tối thiểu Full HD ($\geq 1920 \times 1080$) hoặc 4K.
	Công nghệ xử lý tín hiệu video kỹ thuật số tương thích hoàn toàn với đầu camera 3-chip.
	Có chức năng điều chỉnh độ sáng tự động/thuận tiện.
	Hỗ trợ nhiều chuẩn xuất hình ra màn hình (HDMI/DVI/SDI).
	Có cổng USB để ghi/chụp hình ảnh, lưu trữ dữ liệu bệnh nhân
	Độ phóng đại kỹ thuật số: $\geq 1.5x$
2	Đầu camera nội soi
	Sử dụng công nghệ 3 cảm biến (3-chip CMOS hoặc 3-chip CCD) cho độ trung thực màu sắc cao
	Cảm biến có độ nhạy cao cho hình ảnh rõ nét trong điều kiện nội soi
	Tương thích với các loại ống soi tiêu chuẩn
	Kết nối nhanh với bộ xử lý hình ảnh.

	Tích hợp các phím bấm điều khiển trên đầu camera (tối thiểu 02 phím) có thể lập trình chức năng
	Tiêu cự của đầu camera cố định hoặc có thể điều chỉnh
	Đầu camera có thể ngâm hoặc tiết trùng bằng nhiệt độ thấp
3	Nguồn sáng
	Sử dụng bóng Xenon hoặc bóng LED công suất cao
	Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 500 giờ (đối với Xenon) hoặc ≥ 20.000 giờ (đối với LED)
	Cường độ sáng: ≥ 1.500 Lumens (hoặc tương đương công suất Xenon 300W)
	Có thể điều chỉnh cường độ sáng liên tục từ 0% - 100% (Manual hoặc Auto)
	Nhiệt độ màu: 6.000 K ($\pm 10\%$)
	Cổng kết nối dây sáng: Loại đa năng hoặc có adapter chuyển đổi
4	Dây dẫn ánh sáng
	Chiều dài ≥ 3 m, đường kính phù hợp với các tiêu chuẩn phẫu thuật nội soi
	Có thể hấp tiệt trùng hoặc dùng theo bộ tiêu chuẩn nhà sản xuất.
5	Màn hình hiển thị
	Độ phân giải: Full HD hoặc 4K
	Kích thước: $\geq 24"$
	Góc nhìn rộng, độ sáng cao, chống lóa.
8	Xe đẩy thiết bị chuyên dụng
	Có 4 bánh xe, trong đó có ≥ 2 bánh có khóa/phanh
	Có ≥ 3 tầng + ≥ 01 hộc kéo
	Tích hợp ≥ 05 ổ cắm
IV	YÊU CẦU KHÁC
1	Bảo hành toàn hệ thống tối thiểu: 12 tháng
2	Cam kết lắp đặt, vận hành và hướng dẫn sử dụng cho đơn vị sử dụng
3	Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh/Việt
4	Bản ép plastic quy trình vận hành máy.
5	Cam kết cung cấp phụ tùng/phụ kiện trong vòng 10 năm
6	Thời gian đáp ứng để xử lý sự cố trực tiếp trong vòng 48h kể từ lúc nhận thông tin từ khách hàng hoặc hỗ trợ tiếp nhận thông tin và xử lý qua điện thoại trong vòng 6h kể từ lúc nhận thông tin từ khách hàng
7	Đội ngũ nhân viên thực hiện bảo hành, bảo trì với số lượng, chất lượng và trình độ và kinh nghiệm đáp ứng trong mọi tình huống
8	Đảm bảo các kết nối hoặc có các adapter chuyển đổi tương thích với bộ dụng cụ sẵn có. Cam kết bảo hành khi dùng adapter chuyển đổi chính hãng