

## THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị nhà cung cấp tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định đang có nhu cầu **Bảo trì, bảo dưỡng máy hấp nhiệt độ cao, máy hấp nhiệt độ thấp, máy rửa dụng cụ** phục vụ tại Bệnh viện. Kính mời các nhà nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào giá với các thông tin sau:

### Hạng mục: BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG MÁY HẤP NHIỆT ĐỘ CAO, MÁY HẤP NHIỆT ĐỘ THẤP, MÁY RỬA DỤNG CỤ

1. Yêu cầu kỹ thuật theo file đính kèm.....
2. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào giá cạnh tranh kín .....
3. Hình thức Hợp đồng: hợp đồng bảo trì bảo dưỡng .....
4. Thời gian nhận chào giá: Trong vòng 09 ngày kể từ ngày Thông báo .....
5. Hiệu lực của chào giá: 90 ngày .....
6. Yêu cầu hồ sơ chào giá:
  - 6.1. Hồ sơ chào giá có niêm phong, đóng dấu ký tên của người có thẩm quyền.
  - 6.2. Số lượng Hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (bản gốc)
  - 6.3. Nội dung Hồ sơ chào giá bao gồm:
    - Bảng chào giá
    - Hồ sơ năng lực:
      - + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao)
      - + Hồ sơ kinh nghiệm
    - Kê khai các hợp đồng đã và đang thực hiện với các Bệnh Viện có liên quan đến việc bảo trì (nếu có).
  - Thư giảm giá hoặc các tài liệu khác (nếu có)
  - 6.4. Nội dung khác:
    - Điều kiện thanh toán chuẩn
    - Thanh toán 100% trong vòng 90 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn tài chính.(Hoặc điều kiện thanh toán khác theo thỏa thuận)
  - 6.5. Đơn vị chào giá cam kết:
    - Chỉ tham gia với tư cách 01 nhà cung cấp chính;

- Tại thời điểm chào giá, không thuộc trường hợp giải thể hoặc không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định pháp luật.
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành trong phạm vi hoạt động của đơn vị chào giá.

Hồ sơ có thể gửi trực tiếp, bằng fax hoặc qua bưu điện qua địa chỉ sau:

**Phòng Mua Hàng - CTCP Bệnh viện Đa khoa Bình Định**

**Địa chỉ: Số 39A Phạm Ngọc Thạch, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai**

**Điện thoại: 0256 247 8888, di động: 0966 271 115 - Phòng mua hàng**

**Email: [Muahang@benhvienbinhdinh.com.vn](mailto:Muahang@benhvienbinhdinh.com.vn)**

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý công ty./.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng Mua hàng

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**NGUYỄN AN SƠN**



**BINH DINH**  
GENERAL HOSPITAL

**BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH**



**CÔNG TY CP BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH ĐỊNH**  
39A Phạm Ngọc Thạch, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai

**YÊU CẦU KỸ THUẬT**

**BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG MÁY HẤP NHIỆT ĐỘ CAO, MÁY HẤP NHIỆT ĐỘ THẤP, MÁY RỬA DỤNG CỤ**

**Đính kèm thông báo số: 371/TB-CTCPBVĐKBĐ**

**I. Thông tin thiết bị**

STT	Tên thiết bị	Model	Hãng SX	Nước SX	Năm SX	Số lượng
1	Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao 2 cửa	MSTV6-6-6-VS2	Belimed	Slovenia	2017	02
2	Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp	Crystal 40R	Lowtem	Hàn Quốc	2017	01
3	Máy rửa dụng cụ	WD 250	Belimed	Slovenia	2017	01

**II. Danh mục chi tiết công việc bảo trì:**

**1. Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao 2 cửa**

- Kiểm tra, vệ sinh gioăng cửa, rãnh gioăng cửa
- Kiểm tra lực đóng kín của cửa
- Kiểm tra chức năng công tắc dừng khẩn
- Kiểm tra rò rỉ đường ống
- Kiểm tra, xả nước bộ lọc khí nén
- Kiểm tra bộ lọc thông gió tiệt trùng
- Kiểm tra thông gió trong bảng điều khiển
- Kiểm tra rò rỉ buồng hấp
- Kiểm tra sự thâm nhập hơi vào buồng
- Kiểm tra bộ truyền động cửa
- Kiểm tra chức năng của van điện từ, van nghiêng, van đảo chiều
- Kiểm tra chức năng của bơm hút chân không
- Kiểm tra bộ sinh hơi
- Thay thế pin PLC 2 năm một lần
- Kiểm tra các áp kế



## 2. Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp

- Kiểm tra, vệ sinh thiết bị
- Kiểm tra hoạt động linh kiện điện tử của máy
- Kiểm tra lực đóng kín của cửa
- Kiểm tra công tắc dừng khẩn
- Kiểm tra rò rỉ đường ống
- Kiểm tra các bộ lọc
- Kiểm tra bộ Kit 1 – Kit 2
- Kiểm tra sự thâm nhập hơi, khí vào buồng
- Kiểm tra bảo dưỡng chức năng của bơm hút chân không
- Kiểm tra bảo dưỡng áp kế
- Kiểm tra bảo trì bộ chuyển động cửa

## 3. Máy rửa dụng cụ

- Kiểm tra hệ thống xả khí
- Kiểm tra van, bộ lọc, cấp nước
- Kiểm tra van thoát nước
- Kiểm tra bơm tuần hoàn
- Kiểm tra vệ sinh cánh tay rửa
- Kiểm tra lực đóng của cửa
- Kiểm tra độ kín của ron cửa
- Kiểm tra cảm biến nhiệt độ nước và khí
- Kiểm tra hệ thống sấy của máy rửa
- Kiểm tra, cài đặt lại hệ thống bơm định lượng hóa chất
- Vệ sinh tổng thể máy
- Kiểm tra, vệ sinh tủ điện

*Giá chào bảo trì không bao gồm thay thế linh kiện.*

## III. Thời gian và tần suất bảo trì

- Bảo trì định kỳ: 02 lần/năm + 02 lần kiểm tra, sửa chữa (không bao gồm chi phí linh kiện)
- Thời gian hợp đồng: tối thiểu 01 năm, nhà cung cấp có thể đề xuất các thời hạn dài hơn theo chính sách ưu đãi (nếu có)

## IV. Thời gian đáp ứng kỹ thuật

- Phản hồi sau khi nhận thông báo sự cố:  $\leq 12$  giờ

- Có mặt kỹ sư tại hiện trường:
  - Sự cố nghiêm trọng:  $\leq 48$  giờ
  - Sự cố thông thường:  $\leq 72$  giờ

#### V. Yêu cầu về báo cáo và nghiệm thu

Sau mỗi đợt bảo trì hoặc sửa chữa, kỹ sư phải cung cấp

- Biên bản bảo trì/sửa chữa và báo cáo kỹ thuật chi tiết, hướng khắc phục, linh kiện cần thay thế
- Biên bản kỹ thuật phải có: chữ ký của kỹ sư thực hiện và xác nhận của đại diện bệnh viện.

#### VI. Yêu cầu đối với nhà cung cấp

Nhà cung cấp tham gia chào giá phải đáp ứng:

- Có chức năng kinh doanh phù hợp lĩnh vực thiết bị y tế
- Có kinh nghiệm bảo trì tối thiểu 03 năm
- Số lượng kỹ sư đủ đáp ứng cho công tác bảo trì, bảo dưỡng
- Có khả năng hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại hiện trường

#### VII. Yêu cầu khác

- Bệnh viện có quyền giám sát, đánh giá chất lượng dịch vụ
- Mọi thay thế linh kiện (nếu có) phải báo giá riêng và được phê duyệt trước
- Các nội dung chưa quy định thực hiện theo hợp đồng và quy định hiện hành

